

À
PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS - RR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº121/2025 -SEMSA/PMR

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares, com recursos provenientes de emenda parlamentar nº 137/2025 de autoria do Deputado Estadual Renato Silva, destinados às unidades de saúde do município de Rorainópolis/RR.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.515.403/0001-27, Inscrição Estadual nº 206.444.055.113, com sede na Av. Avenida Piraíba, 355, Centro Comercial Jubran, Sala 6 e espaços de armazenamento, CEP 06460-121, e-mail: licitacoes@bluehealth.com.br : 11 – 3164-4181, no interesse de participação no futuro processo supracitado, vem mui respeitosamente perante a ilustre presença de V.Sa., solicitar esclarecimento junto ao termo descritivo em dois pontos, como segue:

Na Especificação do ITEM 33 – MAMÓGRAFO DIGITAL, do Edital temos solicitado:

“PROFUNDIDADE DE 16 BITS”

O edital especifica profundidade de 16 bits. O equipamento que pretendemos ofertar, Selenia 3000 2D da Hologic, realiza aquisição nativa em 14 bits, com pós-processamento que expande efetivamente os níveis de cinza para 16 bits em visualização e exportação DICOM.

Estudos clínicos internacionais demonstram que esta diferença não compromete a detecção de microcalcificações, massas ou assimetrias, garantindo equivalência funcional completa para fins de diagnóstico. Mais bits ajudam em processamento de imagens brutas complexas, mas o diagnóstico radiológico não é impactado nesta situação apresentada.

Entendemos, portanto, que seja avaliada a aceitação de 14 bits efetivos em pós-processamento como compatível com os requisitos do edital.

Está correto nosso entendimento?

“POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM CRUA”

O Selenia 3000 2D permite exportação para análise posterior, em formatos compatíveis, em mídias externas. Solicitamos que esta forma de exportação seja considerada equivalente ao requisito do edital, garantindo plena análise pós-processamento e armazenamento seguro das imagens.

08009801000

jose.cursino@bluehealth.com.br / bruno.oliveira@bluehealth.com.br

bluehealth.com.br

VENDAS | LOCAÇÕES | SERVIÇOS | EQUIPAMENTOS DE IMAGEM | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | SUPORTE À VIDA

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-000

Prezados, nosso equipamento atende plenamente às finalidades clínicas e de diagnóstico do edital. O questionamento visa apenas esclarecer a aceitação desses pontos técnicos.

Estamos corretos no nosso entendimento?

Prezados, sabedores que o processo terá por objetivo alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, que é uma das finalidades da licitação, gostaríamos que considerassem a alteração proposta, pois é mínima, e em nada comprometerá a qualidade dos equipamentos a serem ofertados, bem como promoverá a ampliação do caráter competitivo do certame

No aguardo de manifestação de Vsas. em relação ao descrito e sem mais no momento, elevamos nossos votos de respeito e consideração.

Barueri, 24 de setembro de 2025.

JOSE CURSINO

FERREIRA:13158692
848

Assinado de forma digital por
JOSE CURSINO
FERREIRA:13158692848
Dados: 2025.09.24 15:37:15
-03'00'

JOSÉ CURSINO FERREIRA
Supervisor de Licitações

08009801000

jose.cursino@bluehealth.com.br / bruno.oliveira@bluehealth.com.br

bluehealth.com.br

VENDAS | LOCAÇÕES | SERVIÇOS | EQUIPAMENTOS DE IMAGEM | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL | SUPORTE À VIDA

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-000