

AO

ESTADO DE RORAIMA

MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

RORAINÓPOLIS - RR

EDITAL – RETIFICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2025 – SLC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2025 – SEMSA/PMR

DATA: 25/11/2025 – 09H00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

A empresa **FUJIFILM DO BRASIL LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 60.397.874/0009-03 e Inscrição Estadual nº 260.472.395, Inscrição Municipal nº 216573, situada a Av. Plácido Hugo De Oliveira, nº 2398 - Setor FujiFilm – Itinga – Joinville - SC – 89.233-580 – contato do setor de documentos e licitação - fone (11) 4011-7145 / 97217-9902 – e-mail: valdirene.licitacontrol@fujifilm.com/ valdirene.marianno@licitacontrol.com.br, neste ato representada por seu diretor abaixo descrito, vem respeitosa e tempestivamente, apresentar sugestão de alteração PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, para o Item 33 - MAMÓGRAFO do edital supramencionado.

A empresa FUJIFILM do Brasil Ltda é uma empresa multinacional japonesa, com filial no Brasil há 67 anos, consolidada em diferentes segmentos, entre eles, equipamentos de diagnósticos por imagem. A empresa apresenta portfólio diversificado dentro do segmento, com equipamentos de diversas modalidades.

Entretanto, para que seja possível a participação da FUJIFILM no certame, é preciso que seja questionado alguns pontos sobre a especificação, de modo a termos clareza de que o equipamento FUJIFILM pode ser cotado e a empresa possa ser incluída no hall de proponentes. Entendendo que de acordo com o princípio da isonomia e ampla concorrência, é do interesse da instituição e da população que o maior número de empresas possa participar.

1. **O descritivo solicita:** *“Em um trecho o edital menciona: Magnificação de aproximadamente 1,5x e 1,8x. Em outro trecho pede: Magnificação com fator de 1.5 x ou 1.8 x”.*

O edital solicita o fornecimento de ampliadores em policarbonato e compressor para magnificação panorâmica, com fator de magnificação de no mínimo 1,5x e 1,8x, mais adiante informa compressor para magnificação panorâmica de no mínimo 1,5x ou 1,8x.

No entanto, a redação pode gerar dúvida quanto à possibilidade de atendimento com um único fator de magnificação, ou à obrigatoriedade de fornecimento de ambos simultaneamente. Nesse sentido, entendemos que a intenção do edital seja garantir a disponibilidade de recurso de magnificação avançada, e não necessariamente condicionar o atendimento à presença de dois dispositivos distintos.

Tanto o fator de 1,5x quanto o de 1,8x são plenamente reconhecidos na prática clínica como eficazes para a avaliação de microestruturas mamárias, em especial microcalcificações e áreas suspeitas. A escolha entre esses dois valores geralmente está relacionada ao projeto técnico do equipamento, sem que isso comprometa a qualidade diagnóstica, a aplicabilidade clínica ou a fluidez do exame.

Vale destacar que o fator de 1.8x, é adotado em equipamentos de alta performance, oferece ampliação suficiente para garantir resolução espacial elevada, favorecendo uma visualização precisa e detalhada das estruturas de interesse, especialmente em protocolos de rastreamento e avaliação de lesões.

Questionamento 01: Diante disso, solicitamos esclarecimento se será considerado conforme o atendimento por equipamentos que ofereçam fator de magnificação de 1,5x ou de 1,8x, individualmente, tendo em vista que ambas as opções são consolidadas na prática clínica e atendem plenamente à finalidade proposta no edital.

2. **O descritivo solicita:** *“DISPLAY DIGITAL EM AMBOS OS LADOS DO BRAÇO PARA INDICAÇÃO DOS ÂNGULOS DE ROTAÇÃO, ESPESSURA DA MAMA COMPRIMIDA E FORÇA DE COMPRESSÃO APLICADA”.*
- Considerando que o edital solicita “display digital em ambos os lados do braço para indicação dos ângulos de rotação, espessura da mama comprimida e força de compressão aplicada”, destaca-se que fabricantes de referência no mercado adotam diferentes arquiteturas para disponibilização dessas informações, priorizando a equivalência funcional em vez da posição física dos visores. No

equipamento ofertado, o display é centralizado na parte inferior e na região medial da estativa, com visibilidade livre e simétrica por ambos os lados, permitindo ao operador acessar todos os parâmetros essenciais com ergonomia, clareza e continuidade operacional. Essa solução é amplamente utilizada no setor, atende integralmente à finalidade prevista no edital e, inclusive, otimiza a usabilidade ao reduzir movimentos desnecessários do técnico e manter o campo visual alinhado ao detector. A exigência de um formato exclusivamente bilateral pode restringir a participação de fabricantes que adotam arquitetura unificada, embora tecnicamente equivalente, limitando a competitividade sem ganho clínico ou de segurança. Assim, para assegurar isonomia, ampliar a concorrência e preservar a finalidade do item, é importante considerar soluções equivalentes que cumpram, de forma plena, a mesma função operacional descrita no edital.

Questionamento 02: Diante disso, solicita-se esclarecimento se a disposição centralizada, com leitura bilateral e visibilidade plena dos parâmetros operacionais, poderá ser considerada equivalente para atendimento ao item em questão, tendo em vista que entrega exatamente a mesma funcionalidade clínica e operacional desejada pelo edital.

3. O edital solicita: “Prazo de entrega 20 (vinte) dias”.

Os equipamentos de mamografia são equipamentos de grande porte, que demandam configuração dedicada de acordo com o descritivo e projetos de instalação para viabilizar a entrega e instalação. Existem inúmeras empresas que comercializam equipamentos de mamografia no Brasil, mas não há nenhuma empresa que desenvolve tecnologia de mamografia no Brasil. Todos os fornecedores nacionais possuem tecnologias integral ou parcialmente fabricadas no exterior. Para o fornecimento nacional, todos os fornecedores dependem de estrutura de importação, que possuem inúmeras variáveis que podem interferir no prazo de entrega.

A FUJIFILM possui estrutura grandiosa dedicada para o melhor atendimento aos seus clientes, com centro de distribuição em Joinville-SC dedicado a receber e distribuir os equipamentos que são fabricados na fábrica matriz, no Japão. A equipe brasileira da FUJIFILM possui expertise e dedicação máxima a manter estoque mínimo e estoque de segurança a atender todos os projetos de instalação dentro do prazo. Entretanto, não está no controle interno da empresa a forma como o mercado reage aos esforços comerciais e pode ocorrer de em algum momento específico, a empresa ser surpreendida com demanda maior do que o que há disponível. Além disso, o processo de fabricação

do equipamento no exterior é complexo e depende de fornecimento de matéria-prima e componentes de alta complexidade, e pode levar até 90 dias para fabricação. Desta forma, para buscarmos maior segurança no atendimento aos prazos, entendemos que o prazo seguro para a implementação de um projeto de entrega e instalação de um equipamento de mamografia, dentro da configuração exigida no edital, seria de no mínimo 120 dias.

Questionamento 03: Serão aceitas propostas que apresentem prazo de fornecimento: O prazo para entrega será de 120 (cento e vinte) dias corridos após a emissão da ordem de fornecimento?

Os questionamentos acima listados e as sugestões apontadas são de interesse exclusivo da empresa FUJIFILM do Brasil de poder participar do certame, ofertando seus produtos sob condições justas e no intuito de prover equipamentos de alta tecnologia, confiabilidade e durabilidade para o **MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR**.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar nossos votos de estima e consideração.

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

WILSON

KUCHARSKY:41338391
887

Assinado de forma digital por
WILSON
KUCHARSKY:41338391887
Dados: 2025.11.18 14:11:47 -03'00'

FUJIFILM DO BRASIL LTDA

Wilson Kucharsky

Diretor

CPF nº 413.383.918-87

RG sob o nº 5.307.598-5

CNPJ 60.397.874/0009-03

Inscrição Estadual nº 260.472.395

Fone (11) 4011-7145 / 97217-9902

valdirene.licitacontrol@fujifilm.com

valdirene.marianno@licitacontrol.com.br